



**ДЕФИБРИЛЯТОР  
ИМПУЛЬСНЫЙ**

**ДИ-03**

Дефибриллятор импульсный с универсальным питанием ДИ-03 предназначен для электроимпульсного лечения острых и хронических нарушений сердечного ритма: фибрилляции желудочков, мерцания и трепетания предсердий, пароксизмальной тахикардии.

Аппарат в комплекте с акушерскими электродами может быть использован для прекращения атонических послеродовых маточных кровотечений и применяется в условиях «скорой помощи», а также в стационаре.

Дефибриллятор генерирует одиночные импульсы, получаемые путем разряда конденсатора на объект через катушку индуктивности.

К аппарату прилагается комплект электродов.

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Время заряда конденсатора до напряжения 7000 в:	
при питании от сети, сек . . . . .	не более 10
при питании от аккумуляторов, сек . . . . .	не более 25
Мощность, потребляемая аппаратом в момент заряда, вa	не более 500
Питание от сети переменного тока:	
напряжение, в . . . . .	220 или 127
частота, гц . . . . .	50
от аккумуляторов напряжением, в . . . . .	12
от бортовой сети, в . . . . .	12
Габаритные размеры, мм	
блока дефибриллятора . . . . .	423x330x243
блока питания . . . . .	188x355x245
Вес, кг	
блока дефибриллятора . . . . .	22
блока питания . . . . .	12

Изготовитель — Львовский завод радиоэлектронной медицинской аппаратуры.

---

Редактор М. Г. Осадчий  
Художник В. Е. Лучко  
Технический редактор О. И. Павлик

Львовское областное управление по печати.  
БГ 09820. Изд. № 829. Зак. № 2838. Тираж 3000. 1971 г.  
Стрыйская городская типография.