

Дефибриллятор импульсный с универсальным питанием ДИ-03 предназначен для электроимпульсного лечения острых и хронических нарушений сердечного ритма: фибрилляции желудочков, мерцания и трепетания предсердий, пароксизмальной тахикардии.

Аппарат в комплекте с акушерскими электродами может быть использован для прекращения атонических послеродовых маточных кровотечений и применяется в условиях «скорой помощи», а также в стационаре.

Дефибриллятор генерирует одиночные импульсы, получаемые путем разряда конденсатора на объект через катушку индуктивности.

К аппарату прилагается комплект электродов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Время заряда конденсатора до напряжения 7000 в:	
при питании от сети, сек	не более 10
при питании от аккумуляторов, сек	не более 25
Мощность, потребляемая аппаратом в момент заряда, ва	не более 500
Питание от сети переменного тока:	
напряжение, в	220 или 127
частота, гц	50
от аккумуляторов напряжением, в	12
от бортовой сети, в	12
Габаритные размеры, мм	
блока дефибриллятора	423x330x243
блока питания	188x355x245
Вес, кг	
блока дефибриллятора	22
блока питания	12

Изготовитель — Львовский завод радиоэлектронной медицинской аппаратуры.

Редактор М. Г. Осадчий
Художник В. Е. Лучко
Технический редактор О. И. Павлик

Львовское областное управление по печати.
БГ 09820. Изд. № 829. Зак. № 2838. Тираж 3000. 1971 г.
Стрыйская городская типография.