

"Утверждаю"

Начальник городской станции скорой
медицинской помощи г. Москвы

/ Шапиро Л.Б. /

II апреля 1970 г.

Протокол клинических испытаний опытного образца
дефибриллятора импульсного с универсальным питанием
для бригад скорой медицинской помощи ДИ-03.

Испытания проводились на ~~спе~~специализированной противоинфарктной машине станции скорой медицинской помощи г. Москвы с января по апрель месяца 1970 г.

Аппарат предназначен для лечения острых и хронических нарушений ритма сердечной деятельности, как-то: фибрилляция желудочков, пароксизмальная тахикардия, мерцание предсердий и т.п. В процессе испытаний аппарат использовался при наступлении клинической смерти.

По результатам проведенных испытаний следует отметить:

а/ Наличие автономного блока питания является значительным преимуществом аппарата.

б/ Наличие прибора, контролирующего цепь пациента и качество наложения электродов, увеличивает безопасность аппарата и упрощает работу с ним.

По итогам испытаний можно предложить следующие рекомендации:

а/ Желательно уменьшить вес и габариты прибора.

б/ Желательно создание портативного кардиосинхронизированного дефибриллятора, предназначенного для машин скорой помощи.

в/ Высоковольтные шнуры ~~желательно~~ изготавливать из витых кабелей /напоминающих телефонные шнуры/.

г/ ЗИП прибора мал по размерам, в него тяжело укладываются электроды и провода. Ящик ЗИП желательно изготавливать из легкого и прочного материала.

д/ Для удобства применения дефибриллятора внутри машины желательно иметь стационарную высоковольтную проводку и стационарно уложенные или укрепленные электроды, что позволит применять дефибриллятор более оперативно.

Заключение:

Дефибриллятор ДИ-03, являющийся необходимым и современным прибором, может быть рекомендован для серийного производства.
Зам. нач. станции СМП г. Москвы

Врач

/ Марголин А. /
/ Локшина И. /